Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE072318\
Data File : BE097048.D
Acq On : 23 Jul 2018 22:51
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 24 05:43:11 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE071618.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jul 20 11:34:20 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	70	0.00
2		1,4-Dioxane	0.573	0.667	-16.4	85	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.644	0.733	-13.8	85	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.957	1.164	-21.6	97	0.00
5	S	Phenol-d6	1.460	1.694	-16.0	89	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.433	1.444	-0.8	74	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	64	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.292	0.344	-17.8	81	0.00
9		Naphthalene	3.581	3.608	-0.8	67	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.145	0.162	-11.7	75	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.583	0.575	1.4	66	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.607	0.599	1.3	66	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	75	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.101	0.135	-33.7#	122	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.488	1.359	8.7	70	0.00
16		Acenaphthylene	1.827	1.732	5.2	74	0.01
17		Acenaphthene	1.136	1.040	8.5	71	0.00
18		Fluorene	1.275	1.339	-5.0	83	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	88	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.189	0.184	2.6	90	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.210	0.199	5.2	86	0.00
22		Pentachlorophenol	0.034	0.066	-94.1#	190#	0.00
23		Phenanthrene	0.958	0.960	-0.2	92	0.00
24		Anthracene	0.834	0.834	0.0	94	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	3.480	3.950	-13.5	108	0.00
26		Fluoranthene	1.010	1.071	-6.0	99	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	106	0.00
28		Pyrene	1.181	1.109	6.1	103	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.772	0.768	0.5	111	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.952	0.978	-2.7	119	0.00
31		Chrysene	1.068	1.078	-0.9	110	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.951	1.246	-31.0#	160#	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.778	1.067	-37.1#	163#	0.00
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	123	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	1.021	0.912	10.7	118	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	1.214	1.070	11.9	113	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.913	0.880	3.6	131	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.746	0.927	-24.3	173#	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.830	0.977	-17.7	160#	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE072318\
Data File : BE097048.D
Acq On : 23 Jul 2018 22:51
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 24 05:43:11 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE071618.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jul 20 11:34:20 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0