Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE072318\
Data File : BE097062.D
Acq On : 24 Jul 2018 7:37
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 24 08:13:49 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE071618.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jul 20 11:34:20 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	78	0.00
2		1,4-Dioxane	0.573	0.611	-6.6	86	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.644	0.700	-8.7	90	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.957	1.216	-27.1#	112	0.00
5	S	Phenol-d6	1.460	1.839	-26.0#	107	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.433	1.469	-2.5	82	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	72	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.292	0.354	-21.2	94	0.00
9		Naphthalene	3.581	3.555	0.7	75	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.145	0.156	-7.6	82	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.583	0.580	0.5	76	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.607	0.605	0.3	75	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	88	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.101	0.146	-44.6#	155#	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.488	1.341	9.9	81	0.00
16		Acenaphthylene	1.827	1.730	5.3	87	0.00
17		Acenaphthene	1.136	1.056	7.0	86	0.00
18		Fluorene	1.275	1.369	-7.4	100	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	104	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.189	0.185	2.1	107	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.210	0.199	5.2	102	0.00
22		Pentachlorophenol	0.034	0.068	-100.0#	233#	0.00
23		Phenanthrene	0.958	0.943	1.6	107	0.00
24		Anthracene	0.834	0.842	-1.0	112	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	3.480	3.987	-14.6	129	0.00
26		Fluoranthene	1.010	1.069	-5.8	117	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	131	0.00
28		Pyrene	1.181	1.073	9.1	123	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.772	0.747	3.2	133	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.952	1.013	-6.4	152#	0.00
31		Chrysene	1.068	1.066	0.2	134	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.951	1.869	-96.5#	296#	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.778	1.085	-39.5#	205#	0.00
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	154#	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	1.021	0.971	4.9	158#	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	1.214	1.123	7.5	149	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.913	0.961	-5.3	179#	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.746	0.925	-24.0	217#	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.830	0.959	-15.5	197#	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE072318\
Data File : BE097062.D
Acq On : 24 Jul 2018 7:37
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 24 08:13:49 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE071618.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jul 20 11:34:20 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0