Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_E\Data\BE072618\
Data File : BE097111.D
Acq On : 26 Jul 2018 20:20
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc : MDL 0.1PPM
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 27 00:50:47 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE072418.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jul 24 13:24:10 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	77	0.00
2		1,4-Dioxane	0.636	0.730	-14.8	92	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.711	0.746	-4.9	87	0.00
4	S	2-Fluorophenol	1.124	1.007	10.4	74	0.00
5	S	Phenol-d6	1.649	1.507	8.6	76	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.506	1.635	-8.6	91	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	74	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.347	0.373	-7.5	85	0.00
9		Naphthalene	3.590	3.994	-11.3	87	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.161	0.187	-16.1	90	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.599	0.630	-5.2	82	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.616	0.654	-6.2	83	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	69	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.132	0.118	10.6	69	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.381	1.619	-17.2	84	0.00
16		Acenaphthylene	1.795	2.005	-11.7	80	0.00
17		Acenaphthene	1.044	1.181	-13.1	81	0.00
18		Fluorene	1.379	1.560	-13.1	82	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	71	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.194	0.210	-8.2	80	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.209	0.251	-20.1	86	0.00
22		Pentachlorophenol	0.057	0.038	33.3#	59	0.00
23		Phenanthrene	0.953	1.054	-10.6	82	0.00
24		Anthracene	0.853	0.864	-1.3	77	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	4.003	3.996	0.2	77	0.00
26		Fluoranthene	1.070	1.119	-4.6	79	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	64	0.00
28		Pyrene	1.097	1.220	-11.2	75	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.768	0.867	-12.9	77	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.995	0.972	2.3	70	0.00
31		Chrysene	1.067	1.148	-7.6	71	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	1.243	0.859	30.9#	54	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.966	0.908	6.0	64	0.00
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	66	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	1.015	0.902	11.1	63	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	1.185	1.313	-10.8	79	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.955	0.856	10.4	63	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.953	0.852	10.6	63	0.01
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.011	0.862	14.7	60	0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_E\Data\BE072618\
Data File : BE097111.D
Acq On : 26 Jul 2018 20:20
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc : MDL 0.1PPM
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_E
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 27 00:50:47 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE072418.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jul 24 13:24:10 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0