Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\DATA\BE082018\
Data File : BE097337.D
Acq On : 20 Aug 2018 18:11
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDICV0.4
Misc :
ALS Vial : 8 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
ClientSampleId : ICVBE082018

Quant Time: Aug 20 18:51:11 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE082018.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Aug 20 18:32:10 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	111	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.420	-5.0	129	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.462	-15.5	149	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.430	-7.5	139	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.437	-9.2	138	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.420	-5.0	129	-0.01
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	115	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.479	-19.7	153	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.410	-2.5	127	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.390	2.5	119	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.417	-4.2	132	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.418	-4.5	133	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	124	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.412	-3.0	174	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.392	2.0	129	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.375	6.3	135	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.404	-1.0	136	0.00
18		Fluorene	0.400	0.389	2.8	133	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	124	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.391	2.3	137	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.384	4.0	125	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.476	-19.0	170	-0.01
23		Phenanthrene	0.400	0.404	-1.0	135	0.00
24		Anthracene	0.400	0.419	-4.7	143	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.395	1.3	140	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.414	-3.5	138	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	130	0.00
28		Pyrene	0.400	0.438	-9.5	152	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.421	-5.2	148	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.416	-4.0	155	0.00
31		Chrysene	0.400	0.405	-1.3	140	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.450	-12.5	157	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.403	-0.8	147	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	137	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.377	5.8	144	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.388	3.0	144	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.426	-6.5	162	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.356	11.0	126	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.381	4.8	137	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\DATA\BE082018\
Data File : BE097337.D
Acq On : 20 Aug 2018 18:11
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDICV0.4
Misc :
ALS Vial : 8 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_E
ClientSampleId :
ICVBE082018

Quant Time: Aug 20 18:51:11 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE082018.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Aug 20 18:32:10 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0