Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_E\Data\BE091718\
Data File : BE097516.D
Acq On : 18 Sep 2018 4:23
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 18 07:21:53 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE091718.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Sep 17 18:57:11 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	91	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.400	0.0	96	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.386	3.5	107	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.371	7.3	95	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.386	3.5	110	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.395	1.3	97	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	94	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.381	4.8	107	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.416	-4.0	105	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.387	3.3	97	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.414	-3.5	105	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.419	-4.7	108	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	97	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.325	18.8	98	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.411	-2.7	107	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.376	6.0	102	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.408	-2.0	106	0.00
18		Fluorene	0.400	0.415	-3.7	108	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	96	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.393	1.8	107	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.409	-2.2	106	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.806	-101.5#	286	-0.04
23		Phenanthrene	0.400	0.423	-5.7	109	0.00
24		Anthracene	0.400	0.388	3.0	103	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.387	3.3	102	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.389	2.8	102	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	92	0.00
28		Pyrene	0.400	0.407	-1.7	101	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.409	-2.2	105	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.389	2.8	100	0.00
31		Chrysene	0.400	0.414	-3.5	99	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.331	17.3	80	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.432	-8.0	107	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	93	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.393	1.8	101	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.411	-2.7	102	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.410	-2.5	103	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.424	-6.0	108	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.406	-1.5	101	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_E\Data\BE091718\
Data File : BE097516.D
Acq On : 18 Sep 2018 4:23
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_E
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 18 07:21:53 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE091718.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Sep 17 18:57:11 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0