Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE092018\
Data File : BE097588.D
Acq On : 20 Sep 2018 23:59
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 21 01:10:44 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE091918.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Sep 20 10:54:43 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	95	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.415	-3.7	94	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.343	14.2	93	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.372	7.0	96	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.374	6.5	95	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.365	8.8	95	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	99	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.361	9.8	100	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.404	-1.0	107	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.398	0.5	103	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.439	-9.7	118	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.435	-8.7	118	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	131	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.445	-11.2	173	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.360	10.0	127	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.397	0.8	146	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.391	2.3	137	0.00
18		Fluorene	0.400	0.406	-1.5	146	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	147	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.388	3.0	156	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.395	1.3	154	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.373	6.8	144	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.385	3.8	155	0.00
24		Anthracene	0.400	0.367	8.3	151	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.330	17.5	132	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.334	16.5	133	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	106	0.00
28		Pyrene	0.400	0.447	-11.7	129	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.422	-5.5	122	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.383	4.3	113	0.00
31		Chrysene	0.400	0.392	2.0	108	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.352	12.0	104	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.394	1.5	108	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	100	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.375	6.3	105	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.390	2.5	109	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.389	2.8	106	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.395	1.3	108	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.389	2.8	105	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE092018\
Data File : BE097588.D
Acq On : 20 Sep 2018 23:59
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 21 01:10:44 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE091918.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Sep 20 10:54:43 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0