Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE092019\
Data File : BE100533.D
Acq On : 20 Sep 2019 18:32
Operator : HP/JU
Sample : SSTDICV0.4
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
ClientSampleId : ICVBE092019

Quant Time: Sep 20 19:09:32 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE092019.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Sep 20 18:26:17 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	99	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.390	2.5	95	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.333	16.8	108	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.385	3.8	103	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.377	5.8	103	-0.01
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.394	1.5	103	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	101	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.372	7.0	104	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.392	2.0	101	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.393	1.8	100	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.384	4.0	102	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.379	5.3	101	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	99	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.355	11.3	97	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.401	-0.3	102	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.368	8.0	101	0.01
17		Acenaphthene	0.400	0.383	4.3	101	0.00
18		Fluorene	0.400	0.384	4.0	102	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	103	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.375	6.3	100	0.01
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.384	4.0	103	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.400	0.0	102	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.376	6.0	100	0.00
24		Anthracene	0.400	0.354	11.5	101	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.370	7.5	100	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.371	7.3	100	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	98	0.00
28		Pyrene	0.400	0.398	0.5	101	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.393	1.8	100	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.354	11.5	91	0.00
31		Chrysene	0.400	0.402	-0.5	104	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.347	13.3	95	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.387	3.3	98	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	102	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.350	12.5	98	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.387	3.3	105	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.356	11.0	97	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.360	10.0	99	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.372	7.0	98	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE092019\
Data File : BE100533.D
Acq On : 20 Sep 2019 18:32
Operator : HP/JU
Sample : SSTDICV0.4
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
ClientSampleId : ICVBE092019

Quant Time: Sep 20 19:09:32 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE092019.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Sep 20 18:26:17 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0