Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE092319\
Data File : BE100535.D
Acq On : 23 Sep 2019 10:34
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 23 12:23:37 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE092019.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Sep 20 18:26:17 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	98	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.398	0.5	97	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.351	12.3	114	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.362	9.5	96	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.357	10.8	97	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.375	6.3	97	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	99	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.360	10.0	99	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.390	2.5	99	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.392	2.0	99	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.379	5.3	99	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.378	5.5	99	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	98	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.340	15.0	92	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.395	1.3	99	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.359	10.3	96	0.01
17		Acenaphthene	0.400	0.382	4.5	99	0.00
18		Fluorene	0.400	0.379	5.3	99	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	100	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.381	4.8	99	0.01
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.386	3.5	102	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.377	5.8	89	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.380	5.0	99	0.00
24		Anthracene	0.400	0.356	11.0	99	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.386	3.5	102	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.387	3.3	102	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	104	0.00
28		Pyrene	0.400	0.384	4.0	103	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.392	2.0	105	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.381	4.8	104	0.00
31		Chrysene	0.400	0.386	3.5	105	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.360	10.0	104	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.371	7.3	99	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	104	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.363	9.3	104	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.383	4.3	107	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.362	9.5	101	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.355	11.3	100	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.368	8.0	99	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE092319\
Data File : BE100535.D
Acq On : 23 Sep 2019 10:34
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 23 12:23:37 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE092019.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Sep 20 18:26:17 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0