Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE092519\
Data File : BE100563.D
Acq On : 25 Sep 2019 19:04
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 26 18:15:42 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE092019.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Sep 20 18:26:17 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	82	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.361	9.8	74	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.436	-9.0	118	-0.01
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.520	-30.0#	116	0.01
5	S	Phenol-d6	0.400	0.547	-36.8#	125	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.406	-1.5	88	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	92	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.512	-28.0#	132	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.390	2.5	92	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.368	8.0	86	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.406	-1.5	99	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.409	-2.2	100	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	93	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.826	-106.5#	212	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.385	3.8	92	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.771	-92.8#	198	0.01
17		Acenaphthene	0.400	0.436	-9.0	108	0.01
18		Fluorene	0.400	0.434	-8.5	108	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	84	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.425	-6.2	93	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.385	3.8	85	0.01
22		Pentachlorophenol	0.400	0.881	-120.2#	277	-0.01
23		Phenanthrene	0.400	0.464	-16.0	101	0.00
24		Anthracene	0.400	0.489	-22.2	114	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.382	4.5	84	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.441	-10.2	98	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	75	0.00
28		Pyrene	0.400	0.569	-42.2#	111	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.441	-10.2	86	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.531	-32.8#	105	0.01
31		Chrysene	0.400	0.427	-6.7	84	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	1.170	-192.5#	244	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.463	-15.8	90	0.01
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	82	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.431	-7.7	98	0.01
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.362	9.5	80	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.453	-13.2	100	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.408	-2.0	91	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.407	-1.7	87	0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE092519\
Data File : BE100563.D
Acq On : 25 Sep 2019 19:04
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 26 18:15:42 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE092019.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Sep 20 18:26:17 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0