Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_E\Data\BE092818\
Data File : BE097704.D
Acq On : 28 Sep 2018 15:01
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 28 15:46:07 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE092718.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Sep 27 15:45:00 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	101	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.370	7.5	101	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.394	1.5	105	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.361	9.8	98	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.326	18.5	90	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.410	-2.5	110	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	103	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.398	0.5	105	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.385	3.8	102	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.386	3.5	104	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.384	4.0	104	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.384	4.0	103	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	105	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.333	16.8	103	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.381	4.8	106	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.375	6.3	107	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.380	5.0	102	0.00
18		Fluorene	0.400	0.380	5.0	104	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	108	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.372	7.0	104	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.378	5.5	107	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.340	15.0	94	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.380	5.0	107	0.00
24		Anthracene	0.400	0.366	8.5	107	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.372	7.0	106	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.373	6.8	106	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	104	0.00
28		Pyrene	0.400	0.397	0.8	106	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.384	4.0	104	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.371	7.3	102	0.00
31		Chrysene	0.400	0.386	3.5	103	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.333	16.8	98	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.418	-4.5	114	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	111	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.346	13.5	102	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.391	2.3	112	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.368	8.0	110	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.379	5.3	113	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.360	10.0	106	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_E\Data\BE092818\
Data File : BE097704.D
Acq On : 28 Sep 2018 15:01
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 28 15:46:07 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE092718.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Sep 27 15:45:00 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0