Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE093019\
Data File : BE100580.D
Acq On : 30 Sep 2019 10:36
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 01 03:50:08 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE092719.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Sep 27 18:32:20 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	117	0.00
2		1,4-Dioxane	0.721	0.673	6.7	117	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.384	0.307	20.1	104	0.00
4	S	2-Fluorophenol	1.179	1.076	8.7	111	0.00
5	S	Phenol-d6	1.601	1.426	10.9	110	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.383	1.277	7.7	113	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	116	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.289	0.251	13.1	107	0.00
9		Naphthalene	4.156	4.059	2.3	116	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.127	0.129	-1.6	121	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.623	0.584	6.3	113	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.707	0.662	6.4	112	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	109	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.115	0.092	20.0	93	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.385	1.404	-1.4	113	0.00
16		Acenaphthylene	1.782	1.679	5.8	107	0.00
17		Acenaphthene	1.145	1.110	3.1	110	-0.01
18		Fluorene	1.488	1.441	3.2	108	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	106	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.186	0.179	3.8	111	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.153	0.155	-1.3	111	0.00
22		Pentachlorophenol	0.055	0.034	38.2#	89	0.00
23		Phenanthrene	1.128	1.125	0.3	108	0.00
24		Anthracene	1.021	0.934	8.5	105	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	5.084	4.776	6.1	103	0.00
26		Fluoranthene	1.418	1.403	1.1	106	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	106	0.00
28		Pyrene	1.211	1.220	-0.7	104	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.988	0.951	3.7	106	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.178	1.123	4.7	103	0.00
31		Chrysene	1.201	1.203	-0.2	107	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	3.127	2.196	29.8#	81	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.481	1.456	1.7	105	0.00
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	108	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	1.094	1.029	5.9	107	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	1.193	1.113	6.7	107	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	1.045	0.977	6.5	105	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.065	0.993	6.8	106	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.088	1.017	6.5	104	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE093019\
Data File : BE100580.D
Acq On : 30 Sep 2019 10:36
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 01 03:50:08 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE092719.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Sep 27 18:32:20 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0