Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE100518\
Data File : BE097777.D
Acq On : 6 Oct 2018 5:27
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 06 06:29:17 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE100318.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Oct 03 12:17:19 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	68	-0.01
2		1,4-Dioxane	0.797	0.750	5.9	69	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.725	0.623	14.1	62	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.946	0.963	-1.8	73	-0.01
5	S	Phenol-d6	1.450	1.431	1.3	69	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.501	1.430	4.7	68	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	72	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.130	0.231	-77.7#	138	0.00
9		Naphthalene	4.031	3.910	3.0	72	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.214	0.212	0.9	74	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.636	0.616	3.1	72	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.645	0.634	1.7	74	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	78	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.072	0.092	-27.8#	122	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.761	1.583	10.1	74	-0.02
16		Acenaphthylene	1.771	1.579	10.8	73	0.00
17		Acenaphthene	1.135	1.066	6.1	77	0.00
18		Fluorene	1.507	1.424	5.5	77	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	76	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.210	0.197	6.2	76	-0.01
21		Hexachlorobenzene	0.236	0.210	11.0	71	0.00
22		Pentachlorophenol	0.037	0.052	-40.5#	120	-0.01
23		Phenanthrene	1.031	0.980	4.9	75	0.00
24		Anthracene	0.890	0.811	8.9	75	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	5.063	4.775	5.7	77	0.00
26		Fluoranthene	1.313	1.233	6.1	76	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	70	-0.01
28		Pyrene	1.016	1.004	1.2	77	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.817	0.819	-0.2	79	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.075	1.009	6.1	74	-0.01
31		Chrysene	1.202	1.181	1.7	75	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.787	0.920	-16.9	95	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.044	0.973	6.8	71	-0.02
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	75	-0.02
35		Benzo(b)fluoranthene	1.098	0.986	10.2	75	-0.01
36		Benzo(k)fluoranthene	1.217	1.143	6.1	78	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.994	0.882	11.3	74	-0.01
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.979	0.835	14.7	71	-0.02
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.024	0.914	10.7	73	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE100518\
Data File : BE097777.D
Acq On : 6 Oct 2018 5:27
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 06 06:29:17 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE100318.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Oct 03 12:17:19 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0