Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE100818\
Data File : BE097790.D
Acq On : 8 Oct 2018 12:33
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 09 06:56:20 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE100318.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Oct 08 06:37:06 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	69	-0.01
2		1,4-Dioxane	0.797	0.733	8.0	68	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.725	0.585	19.3	59	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.946	0.805	14.9	62	-0.01
5	S	Phenol-d6	1.450	1.227	15.4	60	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.501	1.408	6.2	67	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	71	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.130	0.191	-46.9#	112	0.00
9		Naphthalene	4.031	3.818	5.3	69	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.214	0.209	2.3	72	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.636	0.608	4.4	69	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.645	0.609	5.6	70	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	73	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.072	0.071	1.4	89	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.761	1.645	6.6	73	-0.02
16		Acenaphthylene	1.771	1.530	13.6	67	0.00
17		Acenaphthene	1.135	1.078	5.0	73	0.00
18		Fluorene	1.507	1.409	6.5	72	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	72	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.210	0.194	7.6	72	-0.01
21		Hexachlorobenzene	0.236	0.219	7.2	71	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.037	0.040	-8.1	88	-0.01
23		Phenanthrene	1.031	0.976	5.3	72	0.00
24		Anthracene	0.890	0.803	9.8	72	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	5.063	4.628	8.6	71	-0.01
26		Fluoranthene	1.313	1.202	8.5	71	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	65	-0.01
28		Pyrene	1.016	1.010	0.6	71	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.817	0.827	-1.2	73	-0.01
30		Benzo(a)anthracene	1.075	0.952	11.4	64	-0.01
31		Chrysene	1.202	1.177	2.1	69	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.787	0.638	18.9	61	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.044	0.901	13.7	61	-0.03
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	65	-0.02
35		Benzo(b)fluoranthene	1.098	0.947	13.8	63	-0.02
36		Benzo(k)fluoranthene	1.217	1.181	3.0	70	-0.01
37	C	Benzo(a)pyrene	0.994	0.847	14.8	62	-0.02
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.979	0.803	18.0	59	-0.03
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.024	0.916	10.5	63	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE100818\
Data File : BE097790.D
Acq On : 8 Oct 2018 12:33
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 09 06:56:20 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE100318.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Oct 08 06:37:06 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0