Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE100818\
Data File : Be097802.d
Acq On : 8 Oct 2018 20:34
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 09 06:58:59 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE100318.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Oct 08 06:37:06 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	66	-0.01
2		1,4-Dioxane	0.797	0.741	7.0	66	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.725	0.626	13.7	61	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.946	0.877	7.3	65	-0.01
5	S	Phenol-d6	1.450	1.285	11.4	60	-0.01
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.501	1.406	6.3	65	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	69	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.130	0.219	-68.5#	125	0.00
9		Naphthalene	4.031	3.822	5.2	67	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.214	0.200	6.5	67	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.636	0.600	5.7	67	-0.02
12		2-Methylnaphthalene	0.645	0.620	3.9	69	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	72	-0.02
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.072	0.080	-11.1	99	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.761	1.621	8.0	70	-0.02
16		Acenaphthylene	1.771	1.575	11.1	67	0.00
17		Acenaphthene	1.135	1.068	5.9	72	0.00
18		Fluorene	1.507	1.412	6.3	71	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	72	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.210	0.193	8.1	71	-0.01
21		Hexachlorobenzene	0.236	0.212	10.2	68	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.037	0.052	-40.5#	114	-0.01
23		Phenanthrene	1.031	0.964	6.5	71	0.00
24		Anthracene	0.890	0.785	11.8	70	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	5.063	4.670	7.8	72	-0.01
26		Fluoranthene	1.313	1.205	8.2	71	-0.01
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	65	-0.01
28		Pyrene	1.016	1.019	-0.3	72	-0.01
29	S	Terphenyl-d14	0.817	0.824	-0.9	73	-0.01
30		Benzo(a)anthracene	1.075	0.963	10.4	65	-0.01
31		Chrysene	1.202	1.153	4.1	67	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.787	0.746	5.2	71	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.044	0.901	13.7	61	-0.03
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	66	-0.02
35		Benzo(b)fluoranthene	1.098	0.949	13.6	64	-0.02
36		Benzo(k)fluoranthene	1.217	1.166	4.2	71	-0.01
37	C	Benzo(a)pyrene	0.994	0.857	13.8	64	-0.02
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.979	0.813	17.0	61	-0.03
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.024	0.920	10.2	65	-0.03

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE100818\
Data File : Be097802.d
Acq On : 8 Oct 2018 20:34
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 09 06:58:59 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE100318.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Oct 08 06:37:06 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0