Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE100818\
Data File : Be097802.d
Acq On : 8 Oct 2018 20:34
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 09 06:58:59 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE100318.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Oct 08 06:37:06 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	66	-0.01
2		1,4-Dioxane	0.400	0.372	7.0	66	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.345	13.8	61	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.371	7.3	65	-0.01
5	S	Phenol-d6	0.400	0.354	11.5	60	-0.01
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.375	6.3	65	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	69	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.674	-68.5#	125	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.379	5.3	67	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.375	6.3	67	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.377	5.8	67	-0.02
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.384	4.0	69	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	72	-0.02
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.441	-10.2	99	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.368	8.0	70	-0.02
16		Acenaphthylene	0.400	0.356	11.0	67	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.377	5.8	72	0.00
18		Fluorene	0.400	0.375	6.3	71	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	72	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.367	8.3	71	-0.01
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.359	10.3	68	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.400	0.558	-39.5#	114	-0.01
23		Phenanthrene	0.400	0.374	6.5	71	0.00
24		Anthracene	0.400	0.353	11.8	70	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.369	7.8	72	-0.01
26		Fluoranthene	0.400	0.367	8.3	71	-0.01
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	65	-0.01
28		Pyrene	0.400	0.401	-0.3	72	-0.01
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.403	-0.8	73	-0.01
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.358	10.5	65	-0.01
31		Chrysene	0.400	0.384	4.0	67	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.379	5.3	71	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.345	13.8	61	-0.03
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	66	-0.02
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.346	13.5	64	-0.02
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.383	4.3	71	-0.01
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.345	13.8	64	-0.02
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.332	17.0	61	-0.03
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.359	10.3	65	-0.03

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE100818\
Data File : Be097802.d
Acq On : 8 Oct 2018 20:34
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 09 06:58:59 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE100318.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Oct 08 06:37:06 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0