Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE100818\
Data File : Be097810.d
Acq On : 9 Oct 2018 1:30
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 09 07:00:19 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE100318.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Oct 08 06:37:06 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	76	-0.01
2		1,4-Dioxane	0.400	0.371	7.3	75	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.340	15.0	68	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.345	13.8	69	-0.01
5	S	Phenol-d6	0.400	0.337	15.8	65	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.371	7.3	73	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	78	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.658	-64.5#	137	-0.01
9		Naphthalene	0.400	0.380	5.0	76	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.394	1.5	79	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.390	2.5	78	-0.02
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.377	5.8	76	-0.02
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	82	-0.02
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.459	-14.8	117	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.364	9.0	79	-0.02
16		Acenaphthylene	0.400	0.350	12.5	76	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.373	6.8	81	0.00
18		Fluorene	0.400	0.370	7.5	80	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	82	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.375	6.3	82	-0.01
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.356	11.0	77	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.400	0.482	-20.5	111	-0.01
23		Phenanthrene	0.400	0.370	7.5	79	-0.01
24		Anthracene	0.400	0.346	13.5	77	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.367	8.3	81	-0.01
26		Fluoranthene	0.400	0.362	9.5	79	-0.01
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	73	-0.01
28		Pyrene	0.400	0.403	-0.8	81	-0.01
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.403	-0.8	82	-0.01
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.358	10.5	73	-0.01
31		Chrysene	0.400	0.382	4.5	75	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.398	0.5	84	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.350	12.5	69	-0.03
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	74	-0.02
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.350	12.5	73	-0.02
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.383	4.3	79	-0.02
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.335	16.3	69	-0.02
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.328	18.0	68	-0.03
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.360	10.0	73	-0.03

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE100818\
Data File : Be097810.d
Acq On : 9 Oct 2018 1:30
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 09 07:00:19 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE100318.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Oct 08 06:37:06 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0