Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE100819\
Data File : BE100622.D
Acq On : 8 Oct 2019 23:21
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 09 01:47:10 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE100319.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Oct 09 01:42:20 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	105	0.00
2		1,4-Dioxane	0.674	0.607	9.9	98	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.317	0.311	1.9	124	-0.01
4	S	2-Fluorophenol	1.080	1.111	-2.9	115	0.00
5	S	Phenol-d6	1.357	1.423	-4.9	120	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.257	1.254	0.2	111	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	113	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.250	0.233	6.8	117	0.00
9		Naphthalene	4.126	4.056	1.7	112	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.133	0.128	3.8	108	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.599	0.592	1.2	114	-0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.678	0.672	0.9	116	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	116	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.091	0.089	2.2	126	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.451	1.405	3.2	114	0.00
16		Acenaphthylene	1.699	1.582	6.9	116	0.00
17		Acenaphthene	1.138	1.097	3.6	118	0.00
18		Fluorene	1.454	1.395	4.1	119	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	118	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.198	0.181	8.6	116	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.167	0.158	5.4	115	0.00
22		Pentachlorophenol	0.046	0.038	17.4	138	-0.01
23		Phenanthrene	1.138	1.130	0.7	119	0.00
24		Anthracene	0.979	0.898	8.3	120	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	4.934	4.603	6.7	120	0.00
26		Fluoranthene	1.401	1.345	4.0	120	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	108	0.01
28		Pyrene	1.025	1.152	-12.4	121	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.884	0.942	-6.6	121	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.118	1.072	4.1	109	0.00
31		Chrysene	1.196	1.194	0.2	109	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	2.136	1.751	18.0	103	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.409	1.375	2.4	106	0.00
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	108	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	1.084	0.930	14.2	103	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	1.232	1.118	9.3	104	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.995	0.907	8.8	107	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.047	0.948	9.5	106	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.060	0.976	7.9	105	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE100819\
Data File : BE100622.D
Acq On : 8 Oct 2019 23:21
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 09 01:47:10 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE100319.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Oct 09 01:42:20 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0