Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE100918\
Data File : BE097814.D
Acq On : 9 Oct 2018 12:45
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 09 14:14:09 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE100318.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Oct 09 11:59:33 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	67	-0.01
2		1,4-Dioxane	0.797	0.787	1.3	72	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.725	0.627	13.5	62	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.946	0.871	7.9	65	-0.01
5	S	Phenol-d6	1.450	1.236	14.8	59	-0.01
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.501	1.420	5.4	66	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	70	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.130	0.210	-61.5#	122	0.00
9		Naphthalene	4.031	3.823	5.2	68	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.214	0.214	0.0	73	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.636	0.612	3.8	69	-0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.645	0.632	2.0	72	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	74	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.072	0.072	0.0	92	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.761	1.625	7.7	73	-0.01
16		Acenaphthylene	1.771	1.559	12.0	69	0.00
17		Acenaphthene	1.135	1.060	6.6	73	0.00
18		Fluorene	1.507	1.398	7.2	73	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	73	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.210	0.203	3.3	76	-0.01
21		Hexachlorobenzene	0.236	0.222	5.9	72	0.00
22		Pentachlorophenol	0.037	0.043	-16.2	95	-0.01
23		Phenanthrene	1.031	0.971	5.8	72	0.00
24		Anthracene	0.890	0.766	13.9	69	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	5.063	4.665	7.9	72	-0.01
26		Fluoranthene	1.313	1.223	6.9	73	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	67	-0.01
28		Pyrene	1.016	1.008	0.8	73	-0.01
29	S	Terphenyl-d14	0.817	0.834	-2.1	76	-0.01
30		Benzo(a)anthracene	1.075	0.972	9.6	67	-0.01
31		Chrysene	1.202	1.164	3.2	70	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.787	0.703	10.7	69	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.044	0.942	9.8	66	-0.02
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	69	-0.02
35		Benzo(b)fluoranthene	1.098	0.939	14.5	66	-0.02
36		Benzo(k)fluoranthene	1.217	1.181	3.0	75	-0.02
37	C	Benzo(a)pyrene	0.994	0.824	17.1	64	-0.02
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.979	0.848	13.4	67	-0.03
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.024	0.922	10.0	68	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE100918\
Data File : BE097814.D
Acq On : 9 Oct 2018 12:45
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 09 14:14:09 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE100318.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Oct 09 11:59:33 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0