Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE100918\
Data File : BE097817.D
Acq On : 9 Oct 2018 14:46
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 09 15:36:26 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE100318.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Oct 09 11:59:33 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	72	0.00
2		1,4-Dioxane	0.797	0.799	-0.3	78	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.725	0.620	14.5	65	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.946	0.825	12.8	66	0.00
5	S	Phenol-d6	1.450	1.226	15.4	62	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.501	1.404	6.5	70	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	74	0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.130	0.211	-62.3#	129	0.00
9		Naphthalene	4.031	3.843	4.7	72	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.214	0.209	2.3	75	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.636	0.611	3.9	73	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.645	0.631	2.2	76	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	79	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.072	0.080	-11.1	107	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.761	1.608	8.7	76	0.00
16		Acenaphthylene	1.771	1.534	13.4	71	0.00
17		Acenaphthene	1.135	1.060	6.6	77	0.00
18		Fluorene	1.507	1.406	6.7	77	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	79	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.210	0.188	10.5	76	-0.01
21		Hexachlorobenzene	0.236	0.210	11.0	74	0.00
22		Pentachlorophenol	0.037	0.040	-8.1	98	-0.01
23		Phenanthrene	1.031	0.949	8.0	77	0.00
24		Anthracene	0.890	0.768	13.7	75	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	5.063	4.495	11.2	76	0.00
26		Fluoranthene	1.313	1.154	12.1	75	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	67	-0.01
28		Pyrene	1.016	1.043	-2.7	76	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.817	0.833	-2.0	76	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.075	0.936	12.9	65	-0.01
31		Chrysene	1.202	1.183	1.6	71	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.787	0.700	11.1	69	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.044	0.890	14.8	62	-0.02
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	72	-0.02
35		Benzo(b)fluoranthene	1.098	0.881	19.8	65	-0.01
36		Benzo(k)fluoranthene	1.217	1.169	3.9	77	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.994	0.774	22.1#	63	-0.01
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.979	0.810	17.3	66	-0.02
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.024	0.892	12.9	68	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE100918\
Data File : BE097817.D
Acq On : 9 Oct 2018 14:46
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 09 15:36:26 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE100318.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Oct 09 11:59:33 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 1