Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE101519\
Data File : BE100651.D
Acq On : 15 Oct 2019 16:46
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 15 18:49:34 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE101019.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Oct 10 14:01:52 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	80	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.311	22.3	63	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.354	11.5	77	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.421	-5.2	89	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.480	-20.0	101	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.387	3.3	82	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	90	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.589	-47.2#	150	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.383	4.3	88	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.387	3.3	90	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.384	4.0	90	0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.391	2.3	91	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	88	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.603	-50.7#	150	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.430	-7.5	96	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.407	-1.7	93	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.388	3.0	88	0.00
18		Fluorene	0.400	0.381	4.8	87	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	81	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.411	-2.7	86	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.398	0.5	85	0.01
22		Pentachlorophenol	0.400	0.655	-63.7#	149	0.01
23		Phenanthrene	0.400	0.420	-5.0	84	0.00
24		Anthracene	0.400	0.419	-4.7	88	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.361	9.8	76	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.400	0.0	81	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	63	0.01
28		Pyrene	0.400	0.518	-29.5#	82	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.501	-25.2#	83	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.427	-6.7	68	0.00
31		Chrysene	0.400	0.417	-4.2	66	0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.510	-27.5#	80	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.371	7.3	60	0.01
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	57	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.408	-2.0	63	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.387	3.3	59	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.415	-3.7	65	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.381	4.8	61	0.01
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.362	9.5	56	0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE101519\
Data File : BE100651.D
Acq On : 15 Oct 2019 16:46
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 15 18:49:34 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE101019.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Oct 10 14:01:52 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0