Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE101618\
Data File : BE097948.D
Acq On : 17 Oct 2018 15:49
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 17 16:20:51 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE101618.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Oct 16 15:36:44 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	86	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.400	0.0	94	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.318	20.5	78	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.377	5.8	86	-0.01
5	S	Phenol-d6	0.400	0.350	12.5	78	-0.01
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.349	12.8	81	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	86	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.352	12.0	77	-0.01
9		Naphthalene	0.400	0.377	5.8	83	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.373	6.8	83	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.370	7.5	82	-0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.355	11.3	79	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	87	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.305	23.8	75	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.348	13.0	80	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.359	10.3	82	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.365	8.8	83	0.00
18		Fluorene	0.400	0.366	8.5	83	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	95	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.346	13.5	84	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.353	11.8	86	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.325	18.8	82	-0.01
23		Phenanthrene	0.400	0.357	10.8	88	0.00
24		Anthracene	0.400	0.341	14.8	85	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.352	12.0	90	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.354	11.5	90	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	102	-0.01
28		Pyrene	0.400	0.348	13.0	95	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.334	16.5	94	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.351	12.3	96	0.00
31		Chrysene	0.400	0.367	8.3	103	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.266	33.5#	79	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.318	20.5	91	-0.02
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	100	-0.02
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.353	11.8	94	-0.01
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.358	10.5	99	-0.01
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.355	11.3	94	-0.01
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.344	14.0	91	-0.02
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.340	15.0	93	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE101618\
Data File : BE097948.D
Acq On : 17 Oct 2018 15:49
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 17 16:20:51 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE101618.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Oct 16 15:36:44 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0