Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE101819\
Data File : BE100653.D
Acq On : 18 Oct 2019 9:54
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 18 15:04:06 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE101019.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Oct 10 14:01:52 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	94	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.335	16.3	79	0.02
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.380	5.0	97	0.01
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.445	-11.2	110	0.01
5	S	Phenol-d6	0.400	0.449	-12.2	111	0.01
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.393	1.8	98	0.01
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	94	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.548	-37.0#	146	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.393	1.8	94	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.408	-2.0	99	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.382	4.5	93	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.386	3.5	94	-0.02
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	92	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.574	-43.5#	149	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.431	-7.7	101	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.390	2.5	92	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.383	4.3	91	0.00
18		Fluorene	0.400	0.376	6.0	89	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	83	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.410	-2.5	88	-0.01
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.417	-4.2	92	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.649	-62.2#	152	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.414	-3.5	86	0.00
24		Anthracene	0.400	0.395	1.3	85	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.365	8.8	79	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.383	4.3	80	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	68	0.00
28		Pyrene	0.400	0.470	-17.5	80	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.485	-21.2	87	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.406	-1.5	69	0.00
31		Chrysene	0.400	0.400	0.0	68	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.481	-20.2	81	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.378	5.5	66	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	61	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.390	2.5	65	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.399	0.3	65	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.397	0.8	66	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.384	4.0	65	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.392	2.0	65	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE101819\
Data File : BE100653.D
Acq On : 18 Oct 2019 9:54
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 18 15:04:06 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE101019.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Oct 10 14:01:52 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0