Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE101819\
Data File : BE100660.D
Acq On : 18 Oct 2019 19:06
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 19 00:00:24 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE101019.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Oct 10 14:01:52 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	107	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.318	20.5	86	0.03
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.368	8.0	107	0.02
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.438	-9.5	124	0.02
5	S	Phenol-d6	0.400	0.450	-12.5	127	0.01
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.395	1.3	113	0.01
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	106	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.615	-53.7#	186	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.392	2.0	107	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.414	-3.5	115	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.380	5.0	105	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.382	4.5	106	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	97	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.612	-53.0#	168	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.453	-13.2	112	-0.01
16		Acenaphthylene	0.400	0.447	-11.7	112	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.390	2.5	98	0.00
18		Fluorene	0.400	0.416	-4.0	104	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	88	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.414	-3.5	94	-0.01
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.401	-0.3	92	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.685	-71.3#	169	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.402	-0.5	87	0.00
24		Anthracene	0.400	0.408	-2.0	93	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.357	10.8	81	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.372	7.0	82	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	68	0.00
28		Pyrene	0.400	0.483	-20.7	82	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.493	-23.2	88	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.418	-4.5	72	0.00
31		Chrysene	0.400	0.401	-0.3	69	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.525	-31.3#	89	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.383	4.3	67	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	61	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.401	-0.3	66	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.389	2.8	63	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.409	-2.2	68	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.394	1.5	67	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.403	-0.8	66	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE101819\
Data File : BE100660.D
Acq On : 18 Oct 2019 19:06
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 19 00:00:24 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE101019.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Oct 10 14:01:52 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0