Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE110118\
Data File : BE098143.D
Acq On : 1 Nov 2018 13:04
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDICV0.4
Misc :
ALS Vial : 8 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
ClientSampleId : ICVBE110118

Quant Time: Nov 01 13:34:12 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE110118.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Nov 01 13:00:52 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	103	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.410	-2.5	106	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.423	-5.7	117	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.379	5.3	95	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.384	4.0	99	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.379	5.3	101	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	102	0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.391	2.3	103	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.387	3.3	101	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.399	0.3	105	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.386	3.5	99	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.382	4.5	101	0.01
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	97	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.339	15.3	98	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.373	6.8	100	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.378	5.5	99	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.394	1.5	100	0.00
18		Fluorene	0.400	0.380	5.0	99	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	102	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.374	6.5	98	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.380	5.0	101	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.349	12.8	82	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.372	7.0	99	0.00
24		Anthracene	0.400	0.375	6.3	101	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.365	8.8	98	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.369	7.8	100	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	99	0.00
28		Pyrene	0.400	0.372	7.0	100	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.362	9.5	98	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.368	8.0	99	0.00
31		Chrysene	0.400	0.370	7.5	99	0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.390	2.5	104	0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.375	6.3	100	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	99	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.377	5.8	100	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.377	5.8	101	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.371	7.3	98	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.371	7.3	97	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.370	7.5	97	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE110118\
Data File : BE098143.D
Acq On : 1 Nov 2018 13:04
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDICV0.4
Misc :
ALS Vial : 8 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
ClientSampleId : ICVBE110118

Quant Time: Nov 01 13:34:12 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE110118.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Nov 01 13:00:52 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0