Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_E\Data\BE110718\
Data File : BE098165.D
Acq On : 7 Nov 2018 9:39
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Nov 07 10:15:13 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE110118.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Nov 01 13:00:52 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	89	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.421	-5.2	94	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.445	-11.2	106	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.416	-4.0	91	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.397	0.8	88	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.402	-0.5	93	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	89	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.390	2.5	90	-0.01
9		Naphthalene	0.400	0.408	-2.0	93	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.411	-2.7	94	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.420	-5.0	94	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.408	-2.0	94	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	81	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.336	16.0	81	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.415	-3.7	93	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.421	-5.2	92	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.420	-5.0	89	0.00
18		Fluorene	0.400	0.415	-3.7	91	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	86	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.418	-4.5	93	-0.01
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.414	-3.5	93	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.415	-3.7	91	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.409	-2.2	92	-0.01
24		Anthracene	0.400	0.408	-2.0	93	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.407	-1.7	93	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.411	-2.7	94	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	84	0.00
28		Pyrene	0.400	0.411	-2.7	94	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.405	-1.3	93	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.397	0.8	91	0.00
31		Chrysene	0.400	0.406	-1.5	92	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.249	37.8#	66	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.383	4.3	87	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	83	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.409	-2.2	90	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.416	-4.0	92	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.406	-1.5	89	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.383	4.3	84	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.392	2.0	86	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_E\Data\BE110718\
Data File : BE098165.D
Acq On : 7 Nov 2018 9:39
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Nov 07 10:15:13 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE110118.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Nov 01 13:00:52 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area% Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0