Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE110819\
Data File : BE100711.D
Acq On : 8 Nov 2019 10:49
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Nov 08 12:40:17 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE101019.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Oct 23 16:49:33 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	41#	0.01
2		1,4-Dioxane	0.714	0.574	19.6	33#	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.755	0.671	11.1	39#	0.00
4	S	2-Fluorophenol	1.235	1.365	-10.5	47#	0.01
5	S	Phenol-d6	1.742	2.116	-21.5	52	0.02
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.430	1.373	4.0	42#	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	46#	0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.248	0.361	-45.6#	77	0.01
9		Naphthalene	4.206	4.053	3.6	46#	0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.183	0.183	0.0	48#	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.631	0.636	-0.8	49#	0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.717	0.712	0.7	48#	0.01
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	50#	0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.106	0.046	56.6#	24#	0.03
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.457	1.488	-2.1	52	0.01
16		Acenaphthylene	1.721	1.636	4.9	49#	0.00
17		Acenaphthene	1.112	1.021	8.2	47#	0.01
18		Fluorene	1.477	1.392	5.8	48#	0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	48#	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.204	0.205	-0.5	50#	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.194	0.195	-0.5	51	0.00
22		Pentachlorophenol	0.062	0.001	98.4#	1#	0.00
23		Phenanthrene	1.100	1.092	0.7	47#	0.00
24		Anthracene	1.021	1.009	1.2	49#	0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	5.162	4.868	5.7	47#	0.01
26		Fluoranthene	1.436	1.381	3.8	46#	0.01
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	41#	0.01
28		Pyrene	1.118	1.244	-11.3	46#	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.875	1.036	-18.4	52	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.305	1.301	0.3	42#	0.01
31		Chrysene	1.304	1.255	3.8	40#	0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	2.729	3.299	-20.9	50#	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.603	1.520	5.2	41#	0.04
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	38#	0.02
35		Benzo(b)fluoranthene	1.166	1.123	3.7	39#	0.02
36		Benzo(k)fluoranthene	1.200	1.138	5.2	38#	0.01
37	C	Benzo(a)pyrene	1.086	1.092	-0.6	41#	0.02
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.122	1.104	1.6	41#	0.04
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.129	1.083	4.1	39#	0.04

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE110819\
Data File : BE100711.D
Acq On : 8 Nov 2019 10:49
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Nov 08 12:40:17 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE101019.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Oct 23 16:49:33 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0