Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE111218\
Data File : BE098197.D
Acq On : 12 Nov 2018 19:27
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Nov 13 00:10:58 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE111218.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Nov 12 13:32:15 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	98	0.00
2		1,4-Dioxane	0.650	0.621	4.5	106	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.785	0.760	3.2	102	0.00
4	S	2-Fluorophenol	1.129	1.110	1.7	98	0.00
5	S	Phenol-d6	1.814	1.786	1.5	99	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.464	1.353	7.6	97	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	97	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.399	0.400	-0.3	103	0.00
9		Naphthalene	4.068	3.987	2.0	99	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.253	0.254	-0.4	101	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.702	0.689	1.9	99	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.706	0.706	0.0	101	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	102	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.174	0.158	9.2	107	0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.675	1.559	6.9	100	0.01
16		Acenaphthylene	1.834	1.785	2.7	103	0.00
17		Acenaphthene	1.120	1.108	1.1	104	0.00
18		Fluorene	1.434	1.415	1.3	103	0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	102	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.244	0.234	4.1	105	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.254	0.242	4.7	101	0.01
22		Pentachlorophenol	0.044	0.050	-13.6	126	0.00
23		Phenanthrene	0.996	0.958	3.8	102	0.00
24		Anthracene	0.928	0.884	4.7	102	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	4.995	4.696	6.0	101	0.00
26		Fluoranthene	1.234	1.162	5.8	100	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	99	0.00
28		Pyrene	1.101	1.024	7.0	101	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.908	0.826	9.0	100	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.137	1.054	7.3	102	0.00
31		Chrysene	1.154	1.066	7.6	100	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	2.360	2.284	3.2	110	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.058	0.991	6.3	98	0.00
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	100	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	1.135	1.060	6.6	101	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	1.197	1.174	1.9	105	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	1.088	1.033	5.1	101	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.927	0.923	0.4	106	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.968	0.906	6.4	102	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE111218\
Data File : BE098197.D
Acq On : 12 Nov 2018 19:27
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Nov 13 00:10:58 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE111218.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Nov 12 13:32:15 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0