Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE111318\
Data File : BE098208.D
Acq On : 13 Nov 2018 10:29
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Nov 13 11:59:35 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE111218.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Nov 12 13:32:15 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	108	0.01
2		1,4-Dioxane	0.400	0.403	-0.8	114	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.375	6.3	108	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.396	1.0	109	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.420	-5.0	116	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.382	4.5	110	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	109	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.380	5.0	110	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.382	4.5	108	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.376	6.0	107	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.386	3.5	110	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.389	2.8	110	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	114	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.357	10.8	118	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.366	8.5	111	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.389	2.8	115	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.385	3.8	113	0.00
18		Fluorene	0.400	0.393	1.8	115	0.01
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	111	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.376	6.0	111	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.386	3.5	110	0.01
22		Pentachlorophenol	0.400	0.416	-4.0	129	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.391	2.3	112	0.00
24		Anthracene	0.400	0.387	3.3	112	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.388	3.0	113	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.388	3.0	112	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	109	0.00
28		Pyrene	0.400	0.386	3.5	116	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.369	7.8	112	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.381	4.8	115	0.00
31		Chrysene	0.400	0.381	4.8	113	0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.396	1.0	124	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.386	3.5	112	0.01
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	111	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.377	5.8	113	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.382	4.5	113	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.381	4.8	113	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.379	5.3	112	0.02
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.383	4.3	116	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE111318\
Data File : BE098208.D
Acq On : 13 Nov 2018 10:29
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Nov 13 11:59:35 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE111218.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Nov 12 13:32:15 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0