Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE121018\
Data File : BE098316.D
Acq On : 11 Dec 2018 2:12
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 17 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Dec 11 03:16:59 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE121018.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Dec 10 14:59:55 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	107	0.00
2		1,4-Dioxane	0.692	0.678	2.0	107	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.623	0.650	-4.3	121	-0.01
4	S	2-Fluorophenol	0.936	1.029	-9.9	121	0.00
5	S	Phenol-d6	1.326	1.395	-5.2	112	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.260	1.253	0.6	110	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	105	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.364	0.373	-2.5	117	0.00
9		Naphthalene	4.025	3.853	4.3	103	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.256	0.251	2.0	105	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.650	0.618	4.9	101	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.654	0.588	10.1	96	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	92	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.147	0.149	-1.4	99	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.687	1.654	2.0	100	0.00
16		Acenaphthylene	1.874	1.791	4.4	91	0.00
17		Acenaphthene	1.126	1.068	5.2	88	0.00
18		Fluorene	1.506	1.382	8.2	85	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	82	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.215	0.205	4.7	82	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.231	0.227	1.7	82	0.00
22		Pentachlorophenol	0.046	0.056	-21.7	127	0.00
23		Phenanthrene	0.972	0.940	3.3	81	0.00
24		Anthracene	0.866	0.810	6.5	78	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	5.131	4.955	3.4	77	0.00
26		Fluoranthene	1.286	1.235	4.0	76	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	95	0.00
28		Pyrene	1.255	1.061	15.5	78	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.972	0.815	16.2	80	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.139	1.071	6.0	91	0.00
31		Chrysene	1.193	1.142	4.3	91	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	2.313	2.104	9.0	86	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.187	1.171	1.3	98	0.00
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	101	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	1.094	1.027	6.1	98	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	1.274	1.163	8.7	96	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	1.129	1.048	7.2	96	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.063	0.998	6.1	97	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.071	1.023	4.5	99	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE121018\
Data File : BE098316.D
Acq On : 11 Dec 2018 2:12
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 17 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_E
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Dec 11 03:16:59 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE121018.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Dec 10 14:59:55 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0