Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE121318\
Data File : BE098433.D
Acq On : 14 Dec 2018 13:25
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 36 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Dec 14 15:38:50 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE121018.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Dec 10 14:59:55 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	97	0.00
2		1,4-Dioxane	0.692	0.591	14.6	84	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.623	0.532	14.6	89	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.936	0.989	-5.7	106	0.00
5	S	Phenol-d6	1.326	1.422	-7.2	103	-0.01
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.260	1.072	14.9	85	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	92	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.364	0.355	2.5	98	0.00
9		Naphthalene	4.025	3.949	1.9	93	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.256	0.270	-5.5	100	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.650	0.606	6.8	87	-0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.654	0.615	6.0	89	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	90	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.147	0.149	-1.4	96	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.687	1.573	6.8	92	0.00
16		Acenaphthylene	1.874	1.785	4.7	88	0.00
17		Acenaphthene	1.126	1.083	3.8	87	0.00
18		Fluorene	1.506	1.438	4.5	86	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	85	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.215	0.198	7.9	81	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.231	0.228	1.3	85	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.046	0.047	-2.2	109	0.00
23		Phenanthrene	0.972	0.930	4.3	82	0.00
24		Anthracene	0.866	0.776	10.4	77	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	5.131	4.894	4.6	78	0.00
26		Fluoranthene	1.286	1.252	2.6	79	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	97	-0.01
28		Pyrene	1.255	1.079	14.0	81	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.972	0.777	20.1	78	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.139	1.000	12.2	87	-0.01
31		Chrysene	1.193	1.152	3.4	94	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	2.313	1.944	16.0	82	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.187	1.172	1.3	101	-0.02
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	103	-0.01
35		Benzo(b)fluoranthene	1.094	1.050	4.0	102	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	1.274	1.304	-2.4	110	-0.01
37	C	Benzo(a)pyrene	1.129	1.099	2.7	102	-0.01
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.063	1.014	4.6	101	-0.02
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.071	1.017	5.0	101	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE121318\
Data File : BE098433.D
Acq On : 14 Dec 2018 13:25
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 36 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Dec 14 15:38:50 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE121018.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Dec 10 14:59:55 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0