Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE121619\
Data File : BE100915.D
Acq On : 16 Dec 2019 9:58
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Dec 16 10:51:50 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE120419.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Dec 13 10:42:38 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	94	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.437	-9.2	103	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.414	-3.5	112	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.474	-18.5	119	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.468	-17.0	119	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.428	-7.0	107	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	98	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.603	-50.7#	170	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.431	-7.7	110	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.417	-4.2	105	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.433	-8.2	113	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.436	-9.0	113	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	101	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.649	-62.2#	189	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.391	2.3	104	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.433	-8.2	127	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.419	-4.7	117	0.00
18		Fluorene	0.400	0.421	-5.2	120	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	93	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.434	-8.5	112	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.435	-8.7	108	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.646	-61.5#	779	-0.01
23		Phenanthrene	0.400	0.424	-6.0	105	0.00
24		Anthracene	0.400	0.403	-0.8	110	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.357	10.8	92	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.367	8.3	95	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	74	-0.01
28		Pyrene	0.400	0.479	-19.7	95	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.435	-8.7	84	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.444	-11.0	93	0.00
31		Chrysene	0.400	0.455	-13.7	87	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.673	-68.3#	130	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.437	-9.2	92	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	78	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.433	-8.2	89	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.437	-9.2	89	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.435	-8.7	93	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.413	-3.2	90	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.424	-6.0	88	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE121619\
Data File : BE100915.D
Acq On : 16 Dec 2019 9:58
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_E
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Dec 16 10:51:50 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE120419.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Dec 13 10:42:38 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0