Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE121619\
Data File : BE100930.D
Acq On : 16 Dec 2019 22:34
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Dec 17 14:27:29 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE120419.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Dec 13 10:42:38 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	86	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.467	-16.8	101	0.01
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.385	3.8	95	0.01
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.462	-15.5	106	-0.01
5	S	Phenol-d6	0.400	0.453	-13.2	105	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.435	-8.7	99	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	89	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.558	-39.5#	143	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.438	-9.5	102	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.427	-6.7	98	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.438	-9.5	104	-0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.440	-10.0	104	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	95	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.673	-68.3#	184	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.397	0.8	99	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.427	-6.7	118	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.437	-9.2	114	0.00
18		Fluorene	0.400	0.439	-9.7	118	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	95	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.416	-4.0	109	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.435	-8.7	110	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.679	-69.8#	832	-0.01
23		Phenanthrene	0.400	0.421	-5.2	106	0.00
24		Anthracene	0.400	0.391	2.3	108	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.342	14.5	90	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.360	10.0	95	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	72	-0.01
28		Pyrene	0.400	0.475	-18.7	92	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.432	-8.0	82	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.434	-8.5	88	0.00
31		Chrysene	0.400	0.452	-13.0	84	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.601	-50.2#	112	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.431	-7.7	88	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	81	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.396	1.0	84	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.423	-5.7	90	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.375	6.3	83	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.388	3.0	88	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.394	1.5	85	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE121619\
Data File : BE100930.D
Acq On : 16 Dec 2019 22:34
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Dec 17 14:27:29 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE120419.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Dec 13 10:42:38 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0