Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE020720\
Data File : BE101135.D
Acq On : 7 Feb 2020 13:12
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Feb 07 15:39:19 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE010820.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jan 08 18:36:25 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	49#	-0.02
2		1,4-Dioxane	1.020	0.985	3.4	51	-0.02
3		n-Nitrosodimethylamine	0.556	0.538	3.2	55	-0.02
4	S	2-Fluorophenol	0.900	1.043	-15.9	57	-0.01
5	S	Phenol-d6	1.139	1.282	-12.6	61	0.01
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.357	0.961	29.2#	38#	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	51	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.286	0.265	7.3	53	0.01
9		Naphthalene	4.441	4.400	0.9	50#	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.188	0.205	-9.0	54	-0.02
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.763	0.756	0.9	51	-0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.672	0.615	8.5	48#	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	58	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.113	0.052	54.0#	31#	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.519	1.364	10.2	51	-0.01
16		Acenaphthylene	1.629	1.561	4.2	61	-0.01
17		Acenaphthene	1.166	1.079	7.5	55	-0.03
18		Fluorene	1.474	1.397	5.2	56	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	64	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.195	0.197	-1.0	67	-0.01
21		Hexachlorobenzene	0.214	0.210	1.9	62	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.053	0.000	100.0#	0#	-0.04
23		Phenanthrene	1.092	0.957	12.4	57	-0.01
24		Anthracene	1.031	1.038	-0.7	68	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	5.555	5.878	-5.8	70	-0.02
26		Fluoranthene	1.368	1.398	-2.2	69	-0.02
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	81	-0.01
28		Pyrene	1.489	1.324	11.1	70	-0.01
29	S	Terphenyl-d14	0.982	0.888	9.6	72	-0.01
30		Benzo(a)anthracene	1.141	1.125	1.4	83	-0.01
31		Chrysene	1.696	1.662	2.0	77	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	1.902	2.568	-35.0#	125	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.340	1.457	-8.7	90	-0.01
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	91	-0.01
35		Benzo(b)fluoranthene	1.122	0.929	17.2	81	-0.01
36		Benzo(k)fluoranthene	1.626	1.509	7.2	85	-0.01
37	C	Benzo(a)pyrene	1.085	1.054	2.9	92	-0.01
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.998	0.997	0.1	99	-0.01
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.227	1.096	10.7	79	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE020720\
Data File : BE101135.D
Acq On : 7 Feb 2020 13:12
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Feb 07 15:39:19 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE010820.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jan 08 18:36:25 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0