Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE020720\
Data File : BE101142.D
Acq On : 7 Feb 2020 18:33
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Feb 08 01:09:03 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE010820.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jan 08 18:36:25 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	38#	-0.03
2		1,4-Dioxane	1.020	1.143	-12.1	46#	-0.03
3		n-Nitrosodimethylamine	0.556	0.485	12.8	39#	-0.02
4	S	2-Fluorophenol	0.900	0.867	3.7	37#	-0.02
5	S	Phenol-d6	1.139	0.932	18.2	35#	-0.01
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.357	1.895	-39.6#	59	-0.01
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	41#	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.286	0.254	11.2	40#	-0.01
9		Naphthalene	4.441	4.342	2.2	39#	-0.03
10		Hexachlorobutadiene	0.188	0.207	-10.1	43#	-0.03
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.763	0.742	2.8	39#	-0.03
12		2-Methylnaphthalene	0.672	0.632	6.0	39#	-0.03
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	43#	-0.02
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.113	0.069	38.9#	31#	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.519	1.434	5.6	40#	-0.03
16		Acenaphthylene	1.629	1.578	3.1	47#	-0.02
17		Acenaphthene	1.166	1.136	2.6	43#	-0.03
18		Fluorene	1.474	1.448	1.8	43#	-0.03
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	66	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.195	0.166	14.9	59	-0.03
21		Hexachlorobenzene	0.214	0.153	28.5#	47#	-0.03
22		Pentachlorophenol	0.053	0.001	98.1#	1#	-0.05
23		Phenanthrene	1.092	0.938	14.1	58	-0.01
24		Anthracene	1.031	1.021	1.0	69	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	5.555	5.023	9.6	62	-0.02
26		Fluoranthene	1.368	1.222	10.7	63	-0.02
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	71	-0.01
28		Pyrene	1.489	1.391	6.6	65	-0.02
29	S	Terphenyl-d14	0.982	1.031	-5.0	74	-0.02
30		Benzo(a)anthracene	1.141	1.015	11.0	66	-0.01
31		Chrysene	1.696	1.751	-3.2	71	-0.03
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	1.902	2.531	-33.1#	109	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.340	1.579	-17.8	86	-0.02
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	87	-0.02
35		Benzo(b)fluoranthene	1.122	0.932	16.9	77	-0.02
36		Benzo(k)fluoranthene	1.626	1.374	15.5	73	-0.02
37	C	Benzo(a)pyrene	1.085	1.078	0.6	89	-0.02
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.998	0.975	2.3	92	-0.02
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.227	1.105	9.9	76	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE020720\
Data File : BE101142.D
Acq On : 7 Feb 2020 18:33
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Feb 08 01:09:03 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE010820.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jan 08 18:36:25 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0