Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_E\Data\BE032919\
Data File : BE099263.D
Acq On : 29 Mar 2019 20:14
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 17 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 29 23:32:07 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE032519.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Mar 26 07:02:06 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	95	-0.01
2		1,4-Dioxane	0.400	0.382	4.5	103	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.436	-9.0	135	-0.01
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.444	-11.0	115	-0.01
5	S	Phenol-d6	0.400	0.447	-11.7	118	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.406	-1.5	109	-0.01
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	90	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.500	-25.0	139	-0.01
9		Naphthalene	0.400	0.428	-7.0	109	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.471	-17.7	124	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.440	-10.0	112	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.422	-5.5	108	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	95	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.578	-44.5#	204	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.431	-7.7	113	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.426	-6.5	119	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.412	-3.0	112	-0.01
18		Fluorene	0.400	0.409	-2.2	112	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	94	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.412	-3.0	115	-0.01
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.417	-4.2	116	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.400	0.993	-148.3#	505	-0.01
23		Phenanthrene	0.400	0.413	-3.2	113	-0.01
24		Anthracene	0.400	0.424	-6.0	122	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.467	-16.8	127	-0.01
26		Fluoranthene	0.400	0.440	-10.0	124	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	103	-0.01
28		Pyrene	0.400	0.416	-4.0	124	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.433	-8.2	124	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.451	-12.7	139	0.00
31		Chrysene	0.400	0.417	-4.2	125	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.643	-60.7#	236	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.432	-8.0	140	-0.02
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	102	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.408	-2.0	127	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.382	4.5	114	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.417	-4.2	129	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.417	-4.2	137	-0.02
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.406	-1.5	130	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_E\Data\BE032919\
Data File : BE099263.D
Acq On : 29 Mar 2019 20:14
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 17 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_E
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 29 23:32:07 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE032519.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Mar 26 07:02:06 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0