Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_E\Data\BE032919\
Data File : BE099268.D
Acq On : 30 Mar 2019 00:43
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 30 01:23:31 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE032519.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Mar 26 07:02:06 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	101	-0.01
2		1,4-Dioxane	0.400	0.365	8.8	105	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.400	0.0	132	-0.01
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.438	-9.5	122	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.448	-12.0	126	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.426	-6.5	122	-0.01
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	94	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.505	-26.2#	147	-0.01
9		Naphthalene	0.400	0.441	-10.2	118	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.497	-24.2	136	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.452	-13.0	120	-0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.438	-9.5	117	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	98	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.601	-50.2#	224	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.453	-13.2	122	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.439	-9.7	126	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.433	-8.2	121	-0.01
18		Fluorene	0.400	0.420	-5.0	119	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	94	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.439	-9.7	122	-0.01
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.443	-10.7	123	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.400	1.147	-186.8#	624	-0.01
23		Phenanthrene	0.400	0.427	-6.7	117	-0.01
24		Anthracene	0.400	0.443	-10.7	127	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.490	-22.5	133	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.453	-13.2	128	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	106	-0.01
28		Pyrene	0.400	0.429	-7.2	131	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.441	-10.2	129	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.453	-13.2	143	0.00
31		Chrysene	0.400	0.423	-5.7	129	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.643	-60.7#	241	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.444	-11.0	147	-0.02
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	102	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.420	-5.0	131	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.404	-1.0	122	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.426	-6.5	132	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.453	-13.2	150	-0.02
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.443	-10.7	143	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_E\Data\BE032919\
Data File : BE099268.D
Acq On : 30 Mar 2019 00:43
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_E
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 30 01:23:31 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE032519.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Mar 26 07:02:06 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0