Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE060519\
Data File : BE099812.D
Acq On : 5 Jun 2019 20:15
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc : MDL-SIM-0.1PPM
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jun 06 01:41:07 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE060519.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jun 05 14:35:58 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	82	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.355	11.3	85	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.263	34.3#	66	0.02
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.326	18.5	78	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.328	18.0	75	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.361	9.8	87	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	81	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.329	17.8	76	0.01
9		Naphthalene	0.400	0.363	9.3	82	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.363	9.3	82	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.354	11.5	80	0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.337	15.8	78	0.01
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	76	0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.367	8.3	68	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.361	9.8	80	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.368	8.0	79	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.356	11.0	77	0.00
18		Fluorene	0.400	0.370	7.5	77	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	75	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.314	21.5	72	0.01
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.343	14.2	75	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.363	9.3	40	0.03
23		Phenanthrene	0.400	0.347	13.3	74	0.00
24		Anthracene	0.400	0.318	20.5	72	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.362	9.5	78	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.368	8.0	79	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	85	0.00
28		Pyrene	0.400	0.368	8.0	79	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.361	9.8	79	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.396	1.0	88	0.00
31		Chrysene	0.400	0.382	4.5	82	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.328	18.0	72	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.423	-5.7	92	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	90	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.365	8.8	92	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.347	13.3	87	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.365	8.8	91	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.351	12.3	90	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.356	11.0	91	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE060519\
Data File : BE099812.D
Acq On : 5 Jun 2019 20:15
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc : MDL-SIM-0.1PPM
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jun 06 01:41:07 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE060519.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jun 05 14:35:58 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0