Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\DATA\BE070819\
Data File : BE100414.D
Acq On : 8 Jul 2019 16:29
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 08 19:05:04 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE062819.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jul 08 15:19:44 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	72	-0.02
2		1,4-Dioxane	0.621	0.665	-7.1	74	-0.05
3		n-Nitrosodimethylamine	0.289	0.411	-42.2#	124	-0.02
4	S	2-Fluorophenol	1.020	0.993	2.6	69	-0.02
5	S	Phenol-d6	1.342	1.227	8.6	66	-0.02
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.102	0.847	23.1	50#	-0.04
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	70	-0.03
8	S	Nitrobenzene-d5	0.397	0.348	12.3	63	-0.03
9		Naphthalene	4.411	4.804	-8.9	75	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.425	0.572	-34.6#	92	-0.03
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.752	0.815	-8.4	75	-0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.774	0.772	0.3	73	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	70	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.280	0.328	-17.1	83	-0.03
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.559	1.787	-14.6	78	-0.01
16		Acenaphthylene	1.920	2.148	-11.9	75	-0.01
17		Acenaphthene	1.088	1.198	-10.1	73	-0.03
18		Fluorene	1.609	1.872	-16.3	79	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	75	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.255	0.281	-10.2	79	-0.03
21		Hexachlorobenzene	0.265	0.329	-24.2	89	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.080	0.079	1.3	84	-0.04
23		Phenanthrene	0.969	1.019	-5.2	79	-0.03
24		Anthracene	0.873	0.866	0.8	76	-0.03
25	SURR	Fluoranthene-d10	5.805	6.068	-4.5	78	-0.02
26		Fluoranthene	1.544	1.607	-4.1	76	-0.02
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	66	-0.01
28		Pyrene	1.059	1.267	-19.6	78	-0.02
29	S	Terphenyl-d14	0.829	0.934	-12.7	74	-0.02
30		Benzo(a)anthracene	1.315	1.414	-7.5	70	-0.01
31		Chrysene	1.321	1.394	-5.5	68	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	2.255	1.804	20.0	55	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.747	1.942	-11.2	68	-0.03
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	64	-0.02
35		Benzo(b)fluoranthene	1.084	1.094	-0.9	64	-0.02
36		Benzo(k)fluoranthene	1.211	1.494	-23.4	76	-0.02
37	C	Benzo(a)pyrene	1.087	1.143	-5.2	65	-0.02
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.135	1.151	-1.4	65	-0.04
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.166	1.357	-16.4	72	-0.04

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\DATA\BE070819\
Data File : BE100414.D
Acq On : 8 Jul 2019 16:29
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_E
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 08 19:05:04 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\8270-SIM-BE062819.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jul 08 15:19:44 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0