Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE072219\
Data File : BE100489.D
Acq On : 22 Jul 2019 21:18
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 15 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 23 08:11:52 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE072219.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jul 23 08:06:59 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	91	0.00
2		1,4-Dioxane	0.601	0.577	4.0	88	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.366	0.281	23.2	70	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.976	0.985	-0.9	94	0.00
5	S	Phenol-d6	1.394	1.388	0.4	92	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.196	1.208	-1.0	93	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	93	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.332	0.317	4.5	95	0.00
9		Naphthalene	3.843	3.773	1.8	92	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.184	0.185	-0.5	94	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.663	0.637	3.9	92	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.691	0.664	3.9	92	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	95	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.173	0.161	6.9	101	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.626	1.547	4.9	96	0.00
16		Acenaphthylene	1.849	1.742	5.8	96	0.00
17		Acenaphthene	1.113	1.065	4.3	96	0.00
18		Fluorene	1.485	1.428	3.8	95	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	98	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.190	0.178	6.3	95	-0.01
21		Hexachlorobenzene	0.196	0.188	4.1	97	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.083	0.071	14.5	100	0.00
23		Phenanthrene	0.980	0.928	5.3	95	-0.01
24		Anthracene	0.933	0.870	6.8	96	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	5.479	5.138	6.2	95	0.00
26		Fluoranthene	1.412	1.336	5.4	94	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	94	0.00
28		Pyrene	1.247	1.229	1.4	94	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.988	0.968	2.0	94	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.221	1.194	2.2	93	-0.01
31		Chrysene	1.206	1.179	2.2	93	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	2.804	2.729	2.7	91	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.314	1.264	3.8	91	-0.01
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	93	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	1.095	1.063	2.9	94	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	1.148	1.149	-0.1	96	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	1.064	1.040	2.3	95	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.006	0.973	3.3	95	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.029	1.003	2.5	94	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE072219\
Data File : BE100489.D
Acq On : 22 Jul 2019 21:18
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 15 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 23 08:11:52 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE072219.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jul 23 08:06:59 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0