Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE072319\
Data File : BE100504.D
Acq On : 23 Jul 2019 16:47
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 24 02:07:34 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE072219.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jul 23 08:06:59 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	109	0.00
2		1,4-Dioxane	0.601	0.629	-4.7	115	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.366	0.455	-24.3	136	-0.01
4	S	2-Fluorophenol	0.976	1.101	-12.8	126	0.00
5	S	Phenol-d6	1.394	1.529	-9.7	122	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.196	1.219	-1.9	113	-0.01
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	103	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.332	0.383	-15.4	126	0.00
9		Naphthalene	3.843	3.749	2.4	101	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.184	0.179	2.7	100	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.663	0.626	5.6	100	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.691	0.647	6.4	99	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	94	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.173	0.208	-20.2	131	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.626	1.568	3.6	97	0.00
16		Acenaphthylene	1.849	1.813	1.9	100	0.00
17		Acenaphthene	1.113	1.054	5.3	95	0.00
18		Fluorene	1.485	1.444	2.8	96	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	96	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.190	0.184	3.2	96	-0.01
21		Hexachlorobenzene	0.196	0.183	6.6	93	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.083	0.093	-12.0	128	-0.01
23		Phenanthrene	0.980	0.959	2.1	97	-0.01
24		Anthracene	0.933	0.911	2.4	98	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	5.479	5.074	7.4	92	0.00
26		Fluoranthene	1.412	1.318	6.7	91	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	87	0.00
28		Pyrene	1.247	1.278	-2.5	91	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.988	0.993	-0.5	90	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.221	1.191	2.5	87	-0.01
31		Chrysene	1.206	1.222	-1.3	90	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	2.804	2.943	-5.0	92	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.314	1.354	-3.0	91	-0.01
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	90	-0.01
35		Benzo(b)fluoranthene	1.095	1.071	2.2	92	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	1.148	1.104	3.8	89	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	1.064	1.040	2.3	92	-0.01
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.006	0.983	2.3	93	-0.01
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.029	0.998	3.0	91	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE072319\
Data File : BE100504.D
Acq On : 23 Jul 2019 16:47
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_E
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 24 02:07:34 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE072219.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jul 23 08:06:59 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0