Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE113018\
Data File : BE098283.D
Acq On : 30 Nov 2018 9:36
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Nov 30 11:04:44 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE112918.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Nov 29 13:50:43 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	86	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.409	-2.2	93	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.346	13.5	76	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.407	-1.7	89	0.01
5	S	Phenol-d6	0.400	0.376	6.0	84	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.383	4.3	84	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	88	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.359	10.3	81	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.397	0.8	88	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.400	0.0	89	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.405	-1.3	87	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.387	3.3	86	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	86	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.356	11.0	87	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.380	5.0	87	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.396	1.0	88	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.391	2.3	86	0.00
18		Fluorene	0.400	0.403	-0.8	87	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	89	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.366	8.5	83	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.384	4.0	86	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.372	7.0	98	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.386	3.5	87	0.00
24		Anthracene	0.400	0.374	6.5	86	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.405	-1.3	93	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.408	-2.0	95	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	113	0.00
28		Pyrene	0.400	0.371	7.3	98	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.355	11.3	97	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.379	5.3	111	0.00
31		Chrysene	0.400	0.396	1.0	114	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.345	13.8	100	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.403	-0.8	122	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	121	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.369	7.8	114	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.398	0.5	125	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.390	2.5	121	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.391	2.3	121	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.385	3.8	121	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE113018\
Data File : BE098283.D
Acq On : 30 Nov 2018 9:36
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Nov 30 11:04:44 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE112918.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Nov 29 13:50:43 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0