Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE113018\
Data File : BE098290.D
Acq On : 30 Nov 2018 17:24
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Nov 30 17:57:46 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE112918.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Nov 29 13:50:43 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	120	0.01
2		1,4-Dioxane	0.742	0.670	9.7	119	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.768	0.607	21.0	96	0.00
4	S	2-Fluorophenol	1.068	1.013	5.1	115	0.01
5	S	Phenol-d6	1.505	1.454	3.4	120	0.01
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.385	1.314	5.1	115	0.01
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	124	0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.405	0.379	6.4	119	0.01
9		Naphthalene	4.019	3.954	1.6	123	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.258	0.251	2.7	122	0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.650	0.650	0.0	121	0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.667	0.656	1.6	122	0.01
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	126	0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.190	0.160	15.8	120	0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.657	1.582	4.5	129	0.01
16		Acenaphthylene	1.867	1.834	1.8	127	0.00
17		Acenaphthene	1.113	1.066	4.2	124	0.01
18		Fluorene	1.475	1.478	-0.2	127	0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	134	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.226	0.204	9.7	123	0.01
21		Hexachlorobenzene	0.234	0.220	6.0	126	0.01
22		Pentachlorophenol	0.076	0.048	36.8#	108	0.00
23		Phenanthrene	0.993	0.956	3.7	131	0.01
24		Anthracene	0.925	0.859	7.1	129	0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	5.397	5.029	6.8	128	0.00
26		Fluoranthene	1.356	1.273	6.1	131	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	121	0.00
28		Pyrene	1.108	1.289	-16.3	131	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.900	0.969	-7.7	125	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.178	1.114	5.4	118	0.00
31		Chrysene	1.196	1.195	0.1	123	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	2.821	2.477	12.2	108	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.210	1.168	3.5	125	0.00
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	124	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	1.173	1.118	4.7	120	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	1.231	1.246	-1.2	130	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	1.130	1.114	1.4	124	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.071	1.061	0.9	125	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.073	1.048	2.3	125	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE113018\
Data File : BE098290.D
Acq On : 30 Nov 2018 17:24
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Nov 30 17:57:46 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE112918.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Nov 29 13:50:43 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0