Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE113018\
Data File : BE098290.D
Acq On : 30 Nov 2018 17:24
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Nov 30 17:57:46 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE112918.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Nov 29 13:50:43 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	120	0.01
2		1,4-Dioxane	0.400	0.377	5.8	119	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.316	21.0	96	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.379	5.3	115	0.01
5	S	Phenol-d6	0.400	0.387	3.3	120	0.01
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.380	5.0	115	0.01
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	124	0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.374	6.5	119	0.01
9		Naphthalene	0.400	0.394	1.5	123	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.390	2.5	122	0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.400	0.0	121	0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.393	1.8	122	0.01
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	126	0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.337	15.8	120	0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.382	4.5	129	0.01
16		Acenaphthylene	0.400	0.393	1.8	127	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.383	4.3	124	0.01
18		Fluorene	0.400	0.401	-0.3	127	0.01
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	134	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.360	10.0	123	0.01
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.375	6.3	126	0.01
22		Pentachlorophenol	0.400	0.298	25.5#	108	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.385	3.8	131	0.01
24		Anthracene	0.400	0.371	7.3	129	0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.373	6.8	128	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.376	6.0	131	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	121	0.00
28		Pyrene	0.400	0.465	-16.3	131	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.431	-7.7	125	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.378	5.5	118	0.00
31		Chrysene	0.400	0.400	0.0	123	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.351	12.3	108	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.386	3.5	125	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	124	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.381	4.8	120	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.405	-1.3	130	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.394	1.5	124	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.396	1.0	125	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.391	2.3	125	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Data\BE113018\
Data File : BE098290.D
Acq On : 30 Nov 2018 17:24
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Nov 30 17:57:46 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE112918.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Nov 29 13:50:43 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0