Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE011620\
Data File : BE101084.D
Acq On : 16 Jan 2020 20:54
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jan 17 10:44:26 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE010820.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jan 08 18:36:25 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	101	-0.01
2		1,4-Dioxane	0.400	0.354	11.5	95	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.398	0.5	117	-0.01
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.490	-22.5	125	-0.01
5	S	Phenol-d6	0.400	0.474	-18.5	134	-0.01
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.399	0.3	110	-0.01
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	103	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.405	-1.3	117	-0.01
9		Naphthalene	0.400	0.420	-5.0	106	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.436	-9.0	109	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.503	-25.7#	130	-0.02
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.428	-7.0	113	-0.02
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	109	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.370	7.5	117	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.385	3.8	104	-0.02
16		Acenaphthylene	0.400	0.427	-6.7	129	-0.02
17		Acenaphthene	0.400	0.418	-4.5	117	-0.02
18		Fluorene	0.400	0.413	-3.2	115	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	112	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.423	-5.7	124	-0.01
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.395	1.3	110	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.400	0.326	18.5	39	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.393	1.8	112	0.00
24		Anthracene	0.400	0.429	-7.2	127	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.551	-37.8#	160	-0.01
26		Fluoranthene	0.400	0.416	-4.0	124	-0.01
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	128	-0.01
28		Pyrene	0.400	0.402	-0.5	125	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.381	4.8	120	-0.01
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.472	-18.0	157	0.00
31		Chrysene	0.400	0.406	-1.5	126	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.767	-91.8#	281	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.534	-33.5#	175	-0.02
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	150	-0.01
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.407	-1.7	164	-0.01
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.392	2.0	147	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.442	-10.5	172	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.451	-12.7	183	-0.01
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.393	1.8	144	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE011620\
Data File : BE101084.D
Acq On : 16 Jan 2020 20:54
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jan 17 10:44:26 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE010820.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jan 08 18:36:25 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0