Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_E\Data\BE012915\
Data File : BE089417.D
Acq On : 29 Jan 2015 17:06
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDICV001
Misc :
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
ClientSampleId : ICVBE012915

Quant Time: Jan 30 17:15:45 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\SIM-BE012915.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jan 30 17:07:09 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	5.000	5.000	0.0	73	0.00
2		n-Nitrosodimethylamine	1.000	0.979	2.1	75	0.00
3	S	2-Fluorophenol	1.000	0.956	4.4	75	0.00
4	S	Phenol-d6	1.000	0.960	4.0	75	0.00
5	C	Phenol	1.000	0.955	4.5	75	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.000	0.964	3.6	76	0.00
7	I	Naphthalene-d8	5.000	5.000	0.0	75	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	1.000	0.980	2.0	76	0.00
9		Nitrobenzene	1.000	0.980	2.0	76	0.00
10		2,4-Dimethylphenol	1.000	0.968	3.2	76	0.00
11	C	2,4-Dichlorophenol	1.000	0.963	3.7	74	0.00
12		Hexachlorobutadiene	1.000	0.944	5.6	75	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	5.000	5.000	0.0	76	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	1.000	0.940	6.0	74	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.000	0.980	2.0	77	0.00
16	P	2,4-Dinitrophenol	1.000	0.992	0.8	76	0.00
17	I	Phenanthrene-d10	5.000	5.000	0.0	74	0.00
18		Hexachlorobenzene	1.000	0.967	3.3	76	0.00
19	C	Pentachlorophenol	1.000	0.798	20.2#	64	0.00
20	I	Chrysene-d12	5.000	5.000	0.0	67	0.00
21		Benzidine	1.000	0.750	25.0	54	0.00
22	S	Terphenyl-d14	1.000	1.004	-0.4	68	0.00
23		Benzo(a)anthracene	1.000	0.839	16.1	59	0.00
24		3,3'-Dichlorobenzidine	1.000	0.792	20.8	55	0.00
25		Chrysene	1.000	0.992	0.8	71	0.00
26		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.000	0.696	30.4#	46	0.00
27	I	Perylene-d12	5.000	5.000	0.0	62	0.00
28		Benzo(b)fluoranthene	1.000	0.761	23.9	49	0.00
29		Benzo(k)fluoranthene	1.000	0.742	25.8#	49	0.00
30	C	Benzo(a)pyrene	1.000	0.767	23.3#	50	0.00
31		Dibenzo(a,h)anthracene	1.000	0.745	25.5#	44	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 2