Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_E\Data\BE012915\
Data File : BE089417.D
Acq On : 29 Jan 2015 17:06
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDICV001
Misc :
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
ClientSampleId : ICVBE012915

Quant Time: Jan 30 17:15:45 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\SIM-BE012915.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jan 30 17:07:09 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	73	0.00
2		n-Nitrosodimethylamine	0.978	1.040	-6.3	75	0.00
3	S	2-Fluorophenol	1.881	1.799	4.4	75	0.00
4	S	Phenol-d6	2.235	2.145	4.0	75	0.00
5	C	Phenol	2.452	2.343	4.4	75	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.821	1.756	3.6	76	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	75	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.406	0.398	2.0	76	0.00
9		Nitrobenzene	0.464	0.455	1.9	76	0.00
10		2,4-Dimethylphenol	0.329	0.319	3.0	76	0.00
11	C	2,4-Dichlorophenol	0.229	0.221	3.5	74	0.00
12		Hexachlorobutadiene	0.154	0.146	5.2	75	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	76	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.138	0.130	5.8	74	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.395	1.366	2.1	77	0.00
16	P	2,4-Dinitrophenol	0.037	0.025#	32.4#	76	0.00
17	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	74	0.00
18		Hexachlorobenzene	0.245	0.237	3.3	76	0.00
19	C	Pentachlorophenol	0.046	0.033	28.3#	64	0.00
20	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	67	0.00
21		Benzidine	0.437	0.230	47.4#	54	0.00
22	S	Terphenyl-d14	0.578	0.580	-0.3	68	0.00
23		Benzo(a)anthracene	3.805	3.194	16.1	59	0.00
24		3,3'-Dichlorobenzidine	0.299	0.223	25.4#	55	0.00
25		Chrysene	5.201	5.158	0.8	71	0.00
26		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.897	0.538	40.0#	46#	0.00
27	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	62	0.00
28		Benzo(b)fluoranthene	0.493	0.317	35.7#	49#	0.00
29		Benzo(k)fluoranthene	1.302	1.131	13.1	49#	0.00
30	C	Benzo(a)pyrene	0.610	0.432	29.2#	50#	0.00
31		Dibenzo(a,h)anthracene	0.608	0.384	36.8#	44#	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 1 CCC's out = 2