Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_E\DATA\BE020315\
Data File : BE089473.D
Acq On : 3 Feb 2015 20:54
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDICV001
Misc :
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
ClientSampleId : ICVBE020315

Quant Time: Feb 04 01:08:08 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\SIM-BE020315.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Feb 04 00:53:32 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	101	0.00
2		n-Nitrosodimethylamine	0.881	0.899	-2.0	101	0.00
3	S	2-Fluorophenol	1.617	1.564	3.3	101	0.00
4	S	Phenol-d6	2.029	1.954	3.7	99	0.00
5	C	Phenol	2.219	2.116	4.6	98	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.607	1.543	4.0	100	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	101	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.378	0.366	3.2	101	0.00
9		Nitrobenzene	0.433	0.417	3.7	99	0.00
10		2,4-Dimethylphenol	0.313	0.300	4.2	98	0.00
11	C	2,4-Dichlorophenol	0.231	0.216	6.5	96	0.00
12		Hexachlorobutadiene	0.155	0.149	3.9	99	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	101	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.172	0.150	12.8	90	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.317	1.287	2.3	100	0.00
16	P	2,4-Dinitrophenol	0.037	0.017#	54.1#	105	0.00
17	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	100	0.00
18		Hexachlorobenzene	0.259	0.253	2.3	100	0.00
19	C	Pentachlorophenol	0.043	0.025	41.9#	81	0.00
20	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	98	0.00
21		Benzidine	0.201	0.240	-19.4	99	0.00
22	S	Terphenyl-d14	0.709	0.682	3.8	95	0.00
23		Benzo(a)anthracene	4.441	3.948	11.1	86	0.00
24		3,3'-Dichlorobenzidine	0.346	0.307	11.3	84	0.00
25		Chrysene	4.628	4.743	-2.5	103	0.00
26		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.009	0.884	12.4	79	0.00
27	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	95	0.00
28		Benzo(b)fluoranthene	0.830	0.636	23.4	70	0.00
29		Benzo(k)fluoranthene	1.296	1.404	-8.3	96	0.00
30	C	Benzo(a)pyrene	0.842	0.693	17.7	74	0.00
31		Dibenzo(a,h)anthracene	0.886	0.747	15.7	72	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 1 CCC's out = 1