Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_E\DATA\BE020315\
Data File : BE089480.D
Acq On : 4 Feb 2015 1:25
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDCCC001
Misc :
ALS Vial : 5 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC001

Quant Time: Feb 04 03:04:16 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\SIM-BE020315.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Feb 04 00:53:32 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	5.000	5.000	0.0	96	0.00
2		n-Nitrosodimethylamine	1.000	0.948	5.2	94	0.00
3	S	2-Fluorophenol	1.000	0.959	4.1	95	0.00
4	S	Phenol-d6	1.000	0.970	3.0	95	0.00
5	C	Phenol	1.000	0.969	3.1	94	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.000	0.967	3.3	95	0.00
7	I	Naphthalene-d8	5.000	5.000	0.0	96	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	1.000	0.975	2.5	97	0.00
9		Nitrobenzene	1.000	0.988	1.2	97	0.00
10		2,4-Dimethylphenol	1.000	0.980	2.0	96	0.00
11	C	2,4-Dichlorophenol	1.000	0.977	2.3	96	0.00
12		Hexachlorobutadiene	1.000	1.000	0.0	98	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	5.000	5.000	0.0	99	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	1.000	0.886	11.4	92	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.000	0.999	0.1	100	0.00
16	P	2,4-Dinitrophenol	1.000	0.772	22.8	69	0.00
17	I	Phenanthrene-d10	5.000	5.000	0.0	97	0.00
18		Hexachlorobenzene	1.000	1.009	-0.9	100	0.00
19	C	Pentachlorophenol	1.000	0.857	14.3	87	0.00
20	I	Chrysene-d12	5.000	5.000	0.0	93	0.00
21		Benzidine	1.000	1.725	-72.5#	160	0.00
22	S	Terphenyl-d14	1.000	1.055	-5.5	98	0.00
23		Benzo(a)anthracene	1.000	1.031	-3.1	94	0.00
24		3,3'-Dichlorobenzidine	1.000	1.041	-4.1	102	0.00
25		Chrysene	1.000	0.985	1.5	94	0.00
26		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.000	1.038	-3.8	102	0.00
27	I	Perylene-d12	5.000	5.000	0.0	90	0.00
28		Benzo(b)fluoranthene	1.000	1.039	-3.9	105	0.00
29		Benzo(k)fluoranthene	1.000	1.028	-2.8	86	0.00
30	C	Benzo(a)pyrene	1.000	1.014	-1.4	98	0.00
31		Dibenzo(a,h)anthracene	1.000	1.046	-4.6	99	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0