Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_E\Data\BE022615\
Data File : BE089698.D
Acq On : 26 Feb 2015 19:30
Operator : TP/JJ
Sample : SSTDCCC001
Misc :
ALS Vial : 6 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC001

Quant Time: Feb 27 01:17:28 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_E\METHODS\SIMPAH-BE022415.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Feb 25 14:06:35 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	158#	0.00
2		1,4-Dioxane	0.627	0.523	16.6	122	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.766	0.689	10.1	126	0.00
4	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	158#	0.00
5	S	Nitrobenzene-d5	0.282	0.226	19.9	170#	0.00
6		Naphthalene	0.968	0.885	8.6	156#	0.00
7		2-Methylnaphthalene	0.550	0.521	5.3	160#	0.00
8	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	162#	0.00
9	S	2-Fluorobiphenyl	1.295	1.031	20.4	161#	0.00
10		Acenaphthylene	7.176	6.583	8.3	162#	0.00
11		Acenaphthene	1.137	1.017	10.6	158#	0.00
12		Fluorene	1.261	1.141	9.5	159#	0.00
13	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	164#	0.00
14		Hexachlorobenzene	0.129	0.115	10.9	160#	0.00
15		Pentachlorophenol	0.014	0.016	-14.3	225#	0.00
16		Phenanthrene	1.067	0.961	9.9	163#	0.00
17		Anthracene	0.908	0.833	8.3	163#	0.00
18		Fluoranthene	0.890	0.894	-0.4	177#	0.00
19	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	146	0.00
20		Pyrene	1.208	1.119	7.4	172#	0.00
21	S	Terphenyl-d14	0.587	0.602	-2.6	194#	0.00
22		Benzo(a)anthracene	3.288	3.539	-7.6	184#	0.00
23		Chrysene	4.532	3.931	13.3	139	0.00
24		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.340	2.237	-66.9#	316#	0.00
25	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	191#	0.00
26		Benzo(b)fluoranthene	0.289	0.564	-95.2#	378#	0.00
27		Benzo(k)fluoranthene	0.999	1.175	-17.6	198#	0.00
28	C	Benzo(a)pyrene	0.416	0.579	-39.2#	292#	0.00
29		Dibenzo(a,h)anthracene	0.243	0.526	-116.5#	343#	0.00
30		Benzo(g,h,i)perylene	1.814	2.600	-43.3#	246#	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 1