Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE031319\
Data File : BE098909.D
Acq On : 13 Mar 2019 13:28
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 14 08:56:40 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE030619.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Mar 06 15:33:24 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	95	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.414	-3.5	100	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.327	18.3	77	0.04
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.297	25.8#	68	0.01
5	S	Phenol-d6	0.400	0.370	7.5	88	0.01
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.290	27.5#	72	0.01
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	101	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.327	18.3	92	0.01
9		Naphthalene	0.400	0.388	3.0	100	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.396	1.0	103	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.375	6.3	96	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.362	9.5	94	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	106	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.301	24.8	81	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.375	6.3	101	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.375	6.3	105	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.380	5.0	102	-0.02
18		Fluorene	0.400	0.368	8.0	101	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	97	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.383	4.3	95	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.390	2.5	100	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.403	-0.8	77	0.01
23		Phenanthrene	0.400	0.368	8.0	92	0.00
24		Anthracene	0.400	0.326	18.5	84	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.350	12.5	88	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.347	13.3	88	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	91	-0.01
28		Pyrene	0.400	0.384	4.0	88	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.361	9.8	83	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.327	18.3	76	0.00
31		Chrysene	0.400	0.393	1.8	91	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.285	28.8#	71	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.378	5.5	87	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	95	-0.01
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.360	10.0	89	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.367	8.3	92	-0.01
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.371	7.3	91	-0.01
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.347	13.3	84	-0.01
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.398	0.5	97	-0.81#

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE031319\
Data File : BE098909.D
Acq On : 13 Mar 2019 13:28
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 14 08:56:40 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE030619.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Mar 06 15:33:24 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0